

Rapport d'intervention contrôle défibrillateur

Ville LA FEUILLEE Entité Mairie Date 02-06-23

Je soussigné Jean-Yves Kerherve,

Atteste avoir effectué une opération de contrôle des défibrillateurs de marque :

PHILIPS, modèle : HS1

N° de lot : SNA11H-04263

Nous attestons que votre appareil est en **bon état de marche** à la date du contrôle.

Conseils :  HORS SERVICE

• Nous vous recommandons de surveiller quotidiennement le voyant clignotant vert (voyant d'autotest). Celui-ci est un indicateur de bon fonctionnement de votre défibrillateur. En cas de problème, celui-ci ne clignote plus ou l'appareil émet un bip sonore.

• Changer les consommables arrivant en date de péremption :

Mois 03, Année 2025 Batterie lot 861162
12 " 801 Electrodes lot Y062719-07

Nom et Signature

Jean-Yves Kerherve
